

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И  
ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

тел. 8(846)231-23-87, e-mail: 2312387@mail.ru, msi@cmkt-kompet.ru

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ  
В ПРОГРАММЕ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Почва-2023 (4 раунд)

Наименование лаборатории и организации:

**Испытательная лаборатория ФГБУ "Брянскагрохимрадиология"**

Кодовый № лаборатории: **K0793**

Образец	Контролируемый показатель, ед. изм.	Результат испытания	Значение Z(Z')- индекса*	Заключение
<b>Наименование объекта: Почва</b>				
ПесП4-23П	Гамма-ГХЦГ (Линдан), мг/кг	0.24	Z = -0.66	Сигнал отсутствует
ПесП4-23П	ДДТ, мг/кг	0.30	Z = 0.29	Сигнал отсутствует

\* - расчет статистических показателей и их интерпретация содержатся в Отчете по результатам ППК.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Генеральный директор

Сертификат: 02B5D85800E0B03B8843B972EDCBE22985  
Владелец: Васина Екатерина Владимировна  
Действителен: с 22.12.2023 до 22.03.2025

Е.В. Васина

15.02.2024

Является приложением к отчету № Почва4-2023/1 от 15 февраля 2024 г. , без отчета недействительно.